



Ożarów Mazowiecki, dnia 5 maja 2022 roku

Pytania i odpowiedzi do:

**Zapytanie ofertowe nr SDM-WG/60 z dnia 29 kwietnia 2022 r.
W dniu 4 maja 2022 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 5 tygodni od daty złożenia zamówienia?
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu składania ofert do 10.05.?
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynnika o zawartości zanieczyszczeń jak poniżej?
 - Ag < 30 ppb
 - Al < 5 ppb
 - Sn < 5 ppb
 - Cd < 5 ppb
 - Cu < 5 ppb
 - Fe < 5 ppb
 - Mg < 5 ppb
 - Mn < 5 ppb
 - Ni < 5 ppb
 - Pb < 5 ppb
 - Zn < 5 ppb
 - Bi < 5 ppb

W dniu 5 maja 2022 r. Zamawiający udzielił odpowiedzi na zadane pytania:

1. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu realizacji do 5 tygodni od dnia złożenia zamówienia
2. Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu składania ofert do 10 maja 2022 r.
3. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę specyfikacji przedmiotu zamówienia



Questions and answers to:

Request for Proposals no. SDM-WG/60 of 29th April 2022.

On 4th May 2022, the Ordering Party the following questions were received:

1. Do the Ordering Party agree to extend the lead time to 5 weeks from the date of placing the order?
2. Do the Ordering Party agree to extend the deadline for submission of offers until 10.05.?
3. Do the Ordering Party agree to offer a reagent with the following impurity content?
 - Ag < 30 ppb
 - Al < 5 ppb
 - Sn < 5 ppb
 - Cd < 5 ppb
 - Cu < 5 ppb
 - Fe < 5 ppb
 - Mg < 5 ppb
 - Mn < 5 ppb
 - Ni < 5 ppb
 - Pb < 5 ppb
 - Zn < 5 ppb
 - Bi < 5 ppb

On 5 May 2022. The Ordering Party provided answers to the questions raised:

1. The ordering party agrees to change the lead time to 5 weeks from the day of placing the order
2. The Ordering Party agrees to extend the deadline for submission of offers to 10 May 2022.
3. The Ordering Party does not agree to change the specification of the subject matter of the contract