



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1 Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

L.p.	Indeks materiałowy	Ilość [szt.]
1	Okno szerokopasmowe precyzyjne Ø1" ZnSe, niepowlekane	2
2	Ø25 mm Niezamontowany filtr neutralnej gęstości odbicia IR, OD: 2,0	2
3	Ø25 mm Niezamontowany filtr neutralnej gęstości odbicia IR, OD: 1,0	1

2 Parametry

2.1 Szczegółowy zakres przedmiotu

Nazwa towaru	Parametr	Specyfikacja
Okno szerokopasmowe precyzyjne Ø1" ZnSe, niepowlekane	Średnica:	Ø1"
	Materiał:	ZnSe
	Pokrycie:	niepowlekane
Ø25 mm Niezamontowany filtr neutralnej gęstości odbicia IR, OD: 2,0	Średnica:	Ø25 mm
	Gęstość optyczna:	2.0
	Materiał:	ZnSe
Ø25 mm Niezamontowany filtr neutralnej gęstości odbicia IR, OD: 1,0	Średnica:	Ø25 mm
	Gęstość optyczna:	1.0
	Materiał:	ZnSe