



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1 Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

L.p.	Indeks materiałowy	Ilość [szt.]
1	Chwytnak światłowodowy	1

2 Parametry

2.1 Szczegółowy zakres przedmiotu

Nazwa towaru	Parametr	Specyfikacja
Chwytnak światłowodowy	Średnica chwytanego światłowodu	125 i 250 μ m
	Odległość uchwytu od ramienia	2,5 - 3,5 mm
	Zasięg ramion chwytaka	60 – 75 mm
	Maksymalny rozstaw szczęk	minimum 10 mm
	Położenie światłowodu od dolnej krawędzi ramion	7 -15 mm
	Wymienne kocówki	Tak
	Mechanizm kontroli położenia	Obrót śrubą
	Kompatybilność z systemem	Thorlabs MAX311D/M